

SPECIJALNA BOLNICA
ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
KRAPINSKE TOPLICE

Broj: 05-39/4-2015

**DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE**

PREDMET NABAVE: KARDIOVASKULARNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ VISOKE KLASE

Evidencijski broj nabave: 06/2015

Krapinske Toplice, svibanj 2015

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište: SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE, Gajeva 2, Krapinske Toplice

OIB: 41607275884

Telefon: 049 383 100

Fax: 049 232 140

Internetska adresa: www.sbkt.hr

E-mail: info@sbkt.hr

Osoba za kontakt:

Doc.dr.sc.Duško Cerovec, dr.med.

Telefon: 049 383 318

Mobitel: 099 3173 441

Fax: 049 232 873

Evidencijski broj nabave: 06/2015

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa: ne postoje

Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti

Procijenjena vrijednost nabave: 300.000,00 kn

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: nabava opreme

Sklapa se: ugovor o javnoj nabavi

Elektronička dražba: ne provodi se

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. Predmet nabave: MEDICINSKA OPREMA - KARDIOVASKULARNI ULTRAZVUČNI UREĐAJ VISOKE KLASE

2.2. Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave – 33100000-1

2.3. Troškovnik

Obrazac troškovnika sa traženim tehničkim specifikacijama aparata sastavni je dio ove dokumentacije za nadmetanje, Prilog br. 3.

2.4. Mjesto isporuke robe

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Gajeva 2, Krapinske Toplice, Odjel za unutarnje bolesti

2.5. Rok isporuke robe

Najkasnije do 60 dana od sklapanja ugovora o javnoj nabavi

3. RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima isti dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:

3.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevара (članak 236.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevара (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevarena (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevarena u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti izjavu.

Izjavu daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca, računajući od dana početka javne nabave.

3.1.2. Plaćene dospelje porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne nagodbe).

Za potrebe dokazivanja ovih okolnosti gospodarski subjekt dužan je u ponudi dostaviti:

Potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, a ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaju ti dokumenti **Izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela** u državi sjedišta gospodarskog subjekta.

Potvrda, jednakovrijedni dokument ili izjava ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave.

3.1.3. Lažni podaci

Naručitelj će ponuditelja isključiti iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih subjekata naručitelj se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji tih subjekata, a u slučaju da se radi o gospodarskom subjektu sa sjedištem u drugoj državi, naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.

4. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA ILI PONUDITELJA

4.1. Uvjeti i dokazi sposobnosti

Sposobnost mora postojati najkasnije u trenutku otvaranja ponuda.

Ponuditelj dokazuje svoju sposobnost kako slijedi:

4.2. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti (članak 70. Zakona o javnoj nabavi)

Naručitelj od gospodarskog subjekta, kao dokaz postojanja odgovarajuće pravne i poslovne sposobnosti tj. da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti i da ne postoje uvjeti za isključenje iz čl. 68. ZJN zahtijeva:

4.2.1. Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar.

Naziv dokumenta:

Izvadak iz poslovnog, sudskog (trgovačkog), strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra; u preslici, ne stariji od 3 mjeseca do dana početka javne nabave

4.2.2. Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili dio ugovora, ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja:

Dokaz o posjedovanju određenog ovlaštenja ako je ono potrebno za izvršenje određenog ugovora u državi sjedišta ponuditelja:

Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, o upisu proizvođača medicinskih proizvoda u očevidnik proizvođača medicinskih proizvoda temeljem Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), koje mora biti dostavljeno za proizvođače koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i za proizvođače sa sjedištem u trećim zemljama čiji ovlašteni zastupnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj .

Proizvođači sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije dostavljaju važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta.

4.2.3. Rješenje Agencije za lijekove i medicinske proizvode, o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda, temeljem Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), za pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje obavljaju promet medicinskih proizvoda na veliko i pravne i fizičke osobe koje obavljaju uvoz medicinskih proizvoda iz trećih zemalja, a imaju zastupnika sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Pravne i fizičke osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, a unutar Europske unije dostavljaju važeće ovlaštenje ako je ono potrebno u državi njihovog sjedišta.

Ako je ova sposobnost potrebna samo za izvršenje dijela predmeta nabave, tada tu sposobnost dokazuje onaj član zajednice ponuditelja i/ili podizvoditelj koji će izvršavati taj dio predmeta nabave.

Pravnim i fizičkim osobama kojima je dana dozvola za promet na veliko medicinskim proizvodima na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13), smatra se kao valjani dokaz o upisu u očevidnik veleprodaja medicinskih proizvoda.

4.2.4. Dokaz financijske sposobnosti

Temeljem čl. 71. ZJN naručitelj zahtijeva:

- a) dokument BON-1 za prethodno obračunsko razdoblje kojim se mora dokazati da je ukupni prihod ponuditelja za prethodno obračunsko razdoblje jednak ili veći od iznosa ponude. Obrtnici umjesto BON-1 obrasca prilažu potvrdu o visini dohotka izdanu od Porezne uprave i pregled primitaka i izdataka za prethodnu godinu,
- b) BON-2, SOL-2 – dokaz o solventnosti, tj. dokument koji izdaju banke ili druge financijske institucije koji se odnosi na glavni račun ponuditelja i kojim se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora dokazati da račun nije bio u blokadi u prethodnih 6 mjeseci do dana slanja objave u EOJN.

4.2.5. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti

Naručitelj temeljem čl. 72. ZJN zahtijeva Popis ugovora o isporuci iste ili slične robe izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom tri godine koje prethode toj godini s podacima o vrijednosti, vrsti robe, datumu sklapanja i nazivu naručitelja te s potvrdama tih naručitelja o uredno izvršenim ugovornim obvezama. Iz popisa i potvrda naručitelja mora biti vidljivo da je ponuditelj u posljednje 3 godine sklopio i uredno izvršio najmanje jedan ugovor o istim ili sličnim robama, koja je predmet ovog postupka javne nabave.

Naručitelj zahtijeva potvrde koje izdaju nadležni instituti ili priznata tijela za kontrolu kvalitete o sukladnosti proizvoda s točno određenim specifikacijama ili normama na koje se upućuje:

Ponuditelj mora dokazati da je medicinski proizvod na tržištu sukladno članku 32. i 46. Zakona o medicinskim proizvodima (NN 76/13) i da je označen oznakom "CE", a kao dokaz u ponudi prilaže Izjavu o sukladnosti koju za ponuđeni proizvod daje proizvođač.

Naručitelj zahtijeva od ponuditelja katalog ili prospekt tehničkih karakteristika predmeta nabave na hrvatskom jeziku i uputstvo za upotrebu na hrvatskom jeziku, koju dokumentaciju mora dostaviti naručitelju odabrani ponuditelj najkasnije prilikom primopredaje opreme.

4.2.6. Zajednica ponuditelja/zajednička ponuda

U slučaju zajedničke ponude svi gospodarski subjekti iz zajednice ponuditelja moraju u zajedničkoj ponudi dokazati pojedinačnu sposobnost i (uvjete za pravnu i poslovnu sposobnost, uvjete nekažnjavanja te da nemaju nepodmirenih poreznih obveza, obveza za mirovinsko i zdravstveno

osiguranje te drugih državnih davanja) i proporcionalno svom udjelu u izvršenju ugovora zajedničku sposobnost.

Takva ponuda zajednice ponuditelja mora sadržavati oznaku da se radi o ponudi zajednice ponuditelja.

Ponudbeni list (obrazac ponude, prilog br. 1) mora sadržavati podatke o nazivu i sjedištu ponuditelja, OIB, broj računa, navod o tome je li u sustavu PDV-a, adresu za dostavu pošte, adresa el.pošte, kontakt osobe ponuditelja, broj telefona i broj faksa za svakog člana zajednice ponuditelja, uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna sukladno članku 14. st. 2. Zakona.

U slučaju odabira ponude zajednice ponuditelja, naručitelj zadržava pravo zahtijevati određeni pravni oblik u mjeri u kojoj je to potrebno za zadovoljavajuće izvršenje ugovora.

Svi dokumenti koje ponuditelji dostavljaju sukladno točki 3. i 4. ove dokumentacije za nadmetanje mogu biti u neovjerenj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. Prema odredbama članka 95. Zakona naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od najpovoljnijeg ponuditelja s kojim namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi zatražiti dostavu izvornika ili ovjerenih preslika svih onih dokumenata koji su bili traženi, a koje izdaju nadležna tijela. Ako je ponuditelj već u ponudi dostavio određene dokumente u izvorniku ili ovjerenj preslici, nije ih dužan ponovno dostavljati.

5. PODACI O PONUDI

5.1. Način izrade ponude:

- Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, sa jamstvenikom na poleđini.
- Propisani tekst dokumentacije za nadmetanje ne smije se mijenjati i nadopunjavati.
- Stranice ponude označavaju se rednim brojem stranice kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
- Ponude se pišu neizbrisivom tintom.
- Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta.

5.2. Sadržaj ponude

Ponudu sačinjavaju:

- ispunjeni i od ovlaštene osobe ponuditelja potpisani i ovjereni obrazac ponude/ponudbeni list za nadmetanje sukladno ovoj dokumentaciji za nadmetanje (prilog 1),
- dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje obvezni razlozi isključenja,
- traženi dokazi sposobnosti,
- u cijelosti popunjen, ovjeren i potpisan troškovnik (prilog 3 DZN)

Ponuda mora biti izrađena prema gore navedenom redoslijedu.

5.3. Dostavljanje ponuda / način i mjesto dostave

Ponude se dostavljaju poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na **urudžbeni zapisnik u Opću službu Naručitelja. Na omotnici, uz adresu Naručitelja treba stajati naznaka: “za otvoreni postupak javne nabave – kardiovaskularni ultrazvučni uređaj visoke klase – evidencijski broj nabave 06/2015 – ne otvaraj” i naziv i adresa Ponuditelja.**

Ponuda mora biti dostavljena prema uvjetima poziva za javno nadmetanje i mora sadržavati sve tražene priloge. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ponude se izrađuju bez naknade.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene

ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda neotvorena se vraća pošiljatelju bez odgovora.

5.4. Ostali uvjeti

- Ponuditelji su obvezni pri izradi ponude u potpunosti se pridržavati svih navoda i zahtjeva iz dokumentacije za nadmetanje
- Zabranjeno je nuditi inačice (varijante) i alternativne ponude
- Nije dopuštena dostava ponuda elektroničkim putem

5.5. Rok valjanosti ponude: 60 dana

5.6. Kriterij odabira: najniža cijena prihvatljive, prikladne i pravilne ponude.

5.7. Ponuđene cijene

5.7.1. Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom bez poreza (PDV-a) izraženo u kunama. Cijena ponude piše se brojkama u apsolutnom iznosu. Porez na dodanu vrijednost iskazuje se zasebno iza cijene ponude.

5.7.2. Ponuditelj popunjava sve tražene stavke u priloženom troškovniku, a potom izvornu ovjerenu specifikaciju/troškovnik prilaže ponudi.

5.7.3. U izraženu cijenu su uračunati svi troškovi i eventualni popusti do puštanja uređaja u funkciju uključujući edukaciju osoblja.

5.7.4. Podaci o cijeni ponude ne smiju se označiti tajnima.

5.8. Jezik

Ponuda sa svim traženim priložima podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

6. ODREDBE KOJE SE ODOSE NA PODIZVODITELJE

Gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podizvoditelja, dužni su u ponudi navesti sljedeće podatke:

- naziv ili tvrtku, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj računa podizvoditelja, i
- predmet, količinu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor.

Ako je odabrani ponuditelj dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, naprijed navedeni podaci moraju biti uvršteni u ugovoru o javnoj nabavi.

Javni naručitelj obavezan je neposredno plaćati podizvoditelju za isporučenu robu.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utječe na odgovornost odabranog ponuditelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

7. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

Ponuditelji moraju dostaviti sljedeća jamstva:

7.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

- garanciju banke kao jamstvo za ozbiljnost ponude u visini od **15.000,00 kn**.

Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija, izdana u korist naručitelja i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdatelja garancije.

Bankarsku garanciju će naručitelj zadržati i naplatiti u slučaju:

- odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13),
- nedostavljanja izvornika ili ovjerenih preslika sukladno članku 95. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi,
- odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
- trajanje jamstva za ozbiljnost ponude određuje se sukladno roku valjanosti ponude i ne smije bit kraće od roka valjanosti ponude.

7.2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora:

- **izjavu da će, ako njegova ponuda bude odabrana kao najpovoljnija, uz ugovor dostaviti jamstvo za dobro izvršenje obveza iz ugovora (garanciju banke), i to u visini od 20% vrijednosti ugovora bez PDV-a** (u apsolutnom iznosu)

Odabrani ponuditelj treba dostaviti Naručitelju, po obostranom potpisu svakog Ugovora, u roku 8 dana jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Traženo jamstvo je bezuvjetna, neopoziva, samostalna i valjana bankarska garancija, izdana u korist naručitelja i plativa "na prvi poziv" i "bez prigovora" od banke izdavatelja garancije, sa rokom valjanosti do isteka ugovora.

Ako odabrani ponuditelj u ostavljenom roku ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kako je zatraženo u dokumentaciji za nadmetanje javni naručitelj će, uvažavajući članak 95. Zakona o javnoj nabavi, ponovo izvršiti rangiranje ponuda prema kriteriju za odabir ne uzimajući u obzir ponudu odabranog ponuditelja te donijeti odluku o odabiru nove najpovoljnije valjane ponude ili ako postoje razlozi poništiti postupak javne nabave.

8. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Rok za dostavu ponuda je **10.06.2015. godine do 11:00 sati u Općoj službi Bolnice**. Adresa na koju se dostavljaju ponude je:

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice

Javno otvaranje ponuda je **10.06.2015 godine u 11:00 sati u Općoj službi Bolnice**.

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlaštene predstavnici ponuditelja.

9. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

10. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj se obvezuje platiti za isporučenu opremu u roku do 60 dana od dana puštanja opreme u funkciju i potpisivanja primopredajnog zapisnika.

11. STAVLJANJE NA RASPOLAGANJE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

Dokumentacija za nadmetanje je stavljena na raspolaganje putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Krajnji rok za preuzimanje dokumentacije je rok za dostavu ponude.

Dokumentacija za nadmetanje se ne naplaćuje.

12. POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Temeljem čl. 141. Zakona o javnoj nabavi pravo na žalbu ima svaka fizička osoba, pravna osoba i zajednica fizičkih i/ili pravnih osoba koja ima ili je imala pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma i koja je pretrpjela ili bi mogla pretrpjeti štetu od

navodnog kršenja subjektivnih prava.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji. (čl. 145. ZJN)

Sukladno članku 146., st. 1. Zakona, žalba se izjavljuje u roku od 5 (pet) dana od dana:

1. objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
2. objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
3. otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,
4. primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu prema navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

13. POZITIVNA ZAKONSKA I PODZAKONSKA REGULATIVA

Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom za nadmetanje primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH, broj 90/11, 83/13, 143/13) Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" RH, broj 10/12) i Uredbe o objavama javne nabave ("Narodne novine" RH, broj 10/12).

Naručitelj:
**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE**
Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice

Predmet nabave:

Ponudbeni list/Obrazac ponude

Ponuditelj:

Naziv (tvrtka): _____

Sjedište: _____

OIB: _____ Matični broj: _____ Br.računa: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E-mail: _____

Broj ponude: _____ Datum izrade ponude: _____

Osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta:

Osoba za kontakt: _____

Ponuditelj u sustavu PDV-a

DA

NE

Netto cijena ponude (bez PDV-a): _____ **kn**

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust

Iznos PDV-a: _____ **kn**

SVEUKUPNO: _____ **kn**

Rok i način plaćanja (bez avansa): do 60 dana ,virmanom na račun ponuditelja br:

Rok valjanosti ove ponude (opcija): 60 dana od datuma otvaranja ponuda te će ona ostati obvezna za nas i može biti prihvaćena u bilo koje vrijeme prije isteka tog razdoblja.

Izjavljujemo i potvrđujemo da smo proučili i razumjeli Dokumentaciju za predmetno nadmetanje u postupku javne nabave te prihvaćamo sve opće i posebne uvjete.

Osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gosp.subjecta:

Pečat Ponuditelja

DODATAK PRILOGU 1.

Popuniti ako je riječ o ponudi zajednice ponuditelja (navesti ostale članove zajednice ponuditelja)

1. Naziv gospodarskog subjekta člana

ZP: _____

Adresa: _____ OIB: _____

Broj računa: _____

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____ Broj faksa: _____

2. Naziv gospodarskog subjekta člana

ZP: _____

Adresa: _____ OIB: _____

Broj računa: _____

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____ Broj faksa: _____

3. Naziv gospodarskog subjekta člana

ZP: _____

Adresa: _____ OIB: _____

Broj računa: _____

Član ZP u sustavu PDV-a (zaokružiti): DA NE

Adresa e-pošte: _____

Adresa za dostavu pošte: _____

Kontakt osoba ponuditelja: _____

Broj telefona: _____ Broj faksa: _____

DODATAK 2 PRILOGU 1.

Popuniti ako se dio predmeta nabave ustupa podizvoditelju

Podaci o podizvoditelju/podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, predmet nabave, količina, vrijednost i postotni dio):

Podaci o podizvoditelju/podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, predmet nabave, količina, vrijednost i postotni dio):

Podaci o podizvoditelju/podizvoditeljima (ime, tvrtka, skraćena tvrtka, sjedište, OIB, broj računa, predmet nabave, količina, vrijednost i postotni dio):

Osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta

Naručitelj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice	Predmet nabave: Prilog 2.
--	---

Ponuditelj:

Naziv: _____

Sjedište/prebivalište: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

OIB: _____

Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH, broj 90/11, 83/13, 143/13) dajem slijedeću

IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU

Ja, _____
(ime i prezime, adresa)

kao osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje _____
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)

pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv prethodno navedenog gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevара (članak 236.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevара (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mitа (članak 293.), davanje mitа (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mitа za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevара (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevара u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mitа u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mitа (članak 347.) i davanje mitа (članak 348.) iz Kaznenog zakona («Narodne novine», br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143

**TROŠKOVNIK S OPISOM TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA
ULTRAZVUČNI COLOR DOPPLER UREĐAJ VISOKE KLASA SA SONDAMA ZA KORIŠTENJE U
KARDIOVASKULARNOJ MEDICINI**

1.	Naziv proizvođača	
2.	Komercijalni naziv proizvoda	
3.	Zemlja proizvodnje	

Red. br.	Ultrazvučni Color Doppler uređaj visoke klase sa sondama za korištenje u kardiovaskularnoj medicini – kom 1	Zadovoljava specifikaciju (DA/NE)	Oznaka i broj stranice iz kataloga/prospekta
1.	Podržane najmanje slijedeće sustavne aplikacije (postavke i mjerenja): ehokardiografija (adultna, pedijatrijska, fetalna, TEE, epikardijalna ehokardiografija), trbušna šupljina, vaskularni sustav (abdominalni vaskularni sustav, cerebrovaskularni, periferalni, TCD), mali organi		
2.	Maksimalna težina uređaja 85 kg		
3.	LCD monitor s TFT/IPS matricom minimalne veličine 21,5 inč podesiv u 3 smjera: po visini, dubini i zakretanjem (u lijevo i desno); horizontalni i vertikalni vidni kut monitora ne manji od 175°; monitor mora biti postavljen na nosač pokretan u 4 smjera		
4.	Ekran u boji osjetljiv na dodir minimalne veličine 12 inča		
5.	Na ekranu u boji osjetljivim na dodir mogućnost stalnog direktnog odabira bilo koje spojene ultrazvučne sonde		
6.	Mogućnost kontrole LGC i TGC postavki direktno s ekrana u boji osjetljivog na dodir		
7.	Mogućnost postavljanja uređaja u transportni način rada uz podizanje sustava iz transportnog načina rada do potpune funkcionalnosti u vremenu kraćem od 30 sekundi		
8.	Namještanje upravljačke ploče po visini, dubini i zakretanjem (ulijevo i udesno) za rad operatera u sjedećem, stojećem i postraničnom položaju		
9.	Baterija koja u transportnom načinu rada mora omogućavati izvor energije minimalno 40 minuta		

10.	Mogućnost neovisne kontrole pojačanja za 2D, Power Doppler, M-način rada, Doppler način rada (Kolor, PW, CW) i TDI		
11.	Na upravljačkoj ploči minimalno 3 programabilne tipke za akviziciju signala		
12.	Podržava korištenje sektorskih, linearnih, konveksnih, mikrokonveksnih, mehaničkih volumetrijskih, transezofagijskih te pencil ultrazvučnih sondi		
13.	Minimalno 4 aktivna priključka za standardne slikovne sonde i jedan priključak za pencil ultrazvučnu sondu		
14.	Korištenje sondi koje u sebi sadrže single crystal tehnologiju		
15.	Ukupni dinamički raspon oslikavanja min. 280 dB		
16.	Minimalno 4.500.000 totalnih digitalnih kanala		
17.	Tehnologija širokopojasnog akustičnog stvaranja ultrazvučne zrake		
18.	Tvrđi disk/diskovi minimalne memorije 512 GB		
19.	<p>Obavezni načini rada sustava:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2D (B-mode) način rada s naprednim kodiranjem i oblikovanjem pulsa • M-način rada, M-način rada zajedno s kolor Doppler načinom rada; Anatomski M-način rada • Način rada s korištenjem viših harmonika i pulsnom inverzijom signala (Tissue Harmonic Imaging) • Kolor Doppler, Power Doppler i direkcijski Power Doppler • Pulse Wave (PW) Doppler, CW Doppler • Duplex i simultani 2D / PW, CW ili Power Doppler • Triplex način rada za simultani 2D, Kolor Doppler, PW Doppler 		
20.	Dvostruki prikaz iste slike gdje su obje slike aktivne, na lijevoj strani 2D prikaz, na desnoj strani 2D prikaz i kolor Doppler prikaz		
21.	Dvostruki prikaz slike u s neovisnim međumemorijskim video petljama („cineloop buffers“). Miješani način rada gdje je jedna slika smrznuta, dok je druga aktivna u kombinacijama 2D/2D, 2D/kolor Doppler, kolor Doppler/kolor Doppler, kolor Doppler / Power Doppler		
22.	Višesmjerno oslikavanje u realnom vremenu (“Compound imaging”) s minimalno 9 akvizicijskih slika uz simultani rad s harmoničnim oslikava-		

	njem, volumnim načinima rada, panoramskim snimanjem, tijekom 2D trapezoidalnog prikaza i dupleks Dopplera		
23.	Tehnika procesiranja slike u cilju poboljšanja kontrastne rezolucije, smanjenja artefakata i poboljšanja definicije granica bez promjene rezolucije slike u realnom vremenu u minimalno 5 nivoa optimizacije uz frame rate od minimalno 1400 sličica u sekundi		
24.	Dubina prikaza slike minimalno 30 cm		
25.	Obvezna mogućnost odabira od 1 do minimalno 8 ili više fokalnih zona		
26.	Mogućnost zakretanja polja sektora i podešavanje širine sektora tijekom prikaza žive slike		
27.	U 2D i Doppler načinima rada minimalna brzina osvježavanja (frame rate) 1400 sličica u sekundi		
28.	Minimalno 3 nivoa ručnog podešavanja brzine prikaza („frame rate“)		
29.	Uređaj mora biti opremljen zoom funkcijom (povećanjem slike) u realnom vremenu i zoom funkcijom snimljene slike s mogućnošću povećanja minimalno 16x		
30.	U kolor Doppleru minimalno 9 pozicija bazne linije, mogućnost promjene izlazne snage, mapa boje i perzistencije, mogućnost supresije boja i zamjene boja (invert) na živoj i smrznutoj slici		
31.	U kolor Doppleru u stvarnom vremenu mogućnost suženja sektora prikaza na širinu prozora uzorkovanja („color box“) pritiskom na gumb		
32.	U kolor Doppler načinu rada PRF („pulse repetition frequency“) raspon od minimalno 34 kHz		
33.	U PW načinu rada minimalna veličina prozora uzorkovanja od 1-20 mm ili više		
34.	U Doppler načinima rada automatska optimizacija prema vrsti pregleda ili prema odabiru korisnika za mape, filtre, osjetljivost na boje, gustoću linije, izravnavanje (smoothing), prioritet ispisa jeke, postojanost boje, pojačanje i osnovnu liniju		
35.	Uređaj mora biti opremljen visoko osjetljivim načinom rada za pregled malih krvnih žila		
36.	U Power Doppler načinu rada automatsko prilagođavanje širine pojasa za prijenos i prijem na osnovi položaja kolor boksa te zasebne kontrole za pojačanje, filtre, osjetljivost, prioritet pisanja odjeka i inverziju boje		

37.	M-način rada obavezan na svim slikovnim sondama; u kardiološkim aplikacijama obavezan TDI + M-način rada		
38.	U CW Doppler načinu rada minimalni raspon brzina 19 m/sekundi; korištenje CW načina rada kroz sektor širine minimalno 90°; mogućnost automatske optimizacije CW spektralnog prikaza pritiskom na gumb		
39.	U TDI (tkivni Doppler) načinu rada mogućnost akvizicije minimalno 220 fps (način rada s prikupljanjem velikog broja sličica); mogućnost optimizacije primljenih i odaslanih frekvencija		
40.	Automatska optimizacija slike (pojačanje i TGC) u 2D načinu rada dodiranjem na jedan gumb na svim slikovnim sondama		
41.	Automatska optimizacija slike u Doppler načinima rada dodiranjem na jedan gumb na svim slikovnim sondama		
42.	Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja („gain“) i TGC („time gain compensation“) u stvarnom vremenu za postizanje optimalne svjetlosti tkiva u 2D i M-mode načinima rada uz kontrolu rada sa ekrana osjetljivog na dodir.		
43.	Prikupljanje, pohranjivanje u lokalnu memoriju i prikazivanje u realnom vremenu i dupleks prikazima minimalno 2200 2D i kolor Doppler sličica, do 64 sekundi Doppler i M-mode podataka te minimalno 48 sekundi prikaza u CW načinu rada		
44.	Mogućnost prospektivne ili retrospektivne akvizicije signala, kontrola prikaza sekvence slike upravljačkom kuglicom, mogućnost promjenjive brzine reprodukcije iz memorije („playback“)		
45.	U pregledu video petlje kontrole za naknadnu obradu - 2D pojačanje, dinamički raspon/kompresija, zoom		
46.	Mogućnost nadogradnje programom za bežično spajanje na DICOM server uz WPA/WPA2 razinu zaštite		
47.	Mogućnost prijenosa video signala preko Display port video izlaza i S-Video izlaza u NTSC ili PAL formatima		
48.	Proaktivno praćenje parametara uređaja s mogućnošću alarmiranja u slučaju nepravilnih vrijednosti: napona, temperature, brzina ventilatora, pogreški sustava		
49.	Potrošnja energije <300 VA		

50.	Mogućnost uvoza i izvoza podataka sa i na CD/DVD medij, USB medij, putem Etherneta		
51.	Standardni crno bijeli termalni pisač		
52.	3 kanalni EKG s automatskom kalkulacijom i prikazom srčane frekvencije na ekranu		
53.	Mogućnost nadogradnje programima koji podržavaju izvođenje kontrastnih pretraga u kardiološkim aplikacijama		
54.	Mogućnost nadogradnje uređaja programom za automatsko mjerenje i kvantifikaciju istisne frakcije srca		
55.	Mogućnost nadogradnje uređaja programom za mjerenje i kvantifikaciju tzv. „strain“ i „strain rate“ parametara uz korištenje „speckle tracking“ tehnologije; mogućnost izračuna: longitudinalni i cirkumferencijalni strain i strain rate, radijalni i transverzalni pomak, radijalno frakcijsko skraćivanje, radijalna brzina, regionalna rotacija i brzina rotacije, globalna rotacija.		
56.	Obavezna automatska analiza spektralnog Doppler signala (minimalno 5 različitih istodobnih mjerenja): vršna sistolička vrijednost, srednja sistolička vrijednost, volumni tijek, vršna brzina, srednja brzina, indeks otpora (RI), indeks pulsabilnosti (PI), akceleracijske/deceleracijske brzine		
57.	Obavezna mogućnost izvođenja vaskularnih analiza: <ul style="list-style-type: none"> - protokoli lijeve i desne karotidne arterije - omjer ICA/CCA - bilateralne arterijske i venske oznake donjih ekstremiteta - bilateralne arterijske i venske oznake gornjih ekstremiteta - postotak promjera i smanjenje područja paket za mjerenje vaskularnog grafta		
58.	Mogućnost nadogradnje programom za izračunavanje debljine intime stijenke krvne žile na slikama koje odabere korisnik		
59.	Mogućnost nadogradnje uređaja transezofagealnom ultrazvučnom sondom frekvencijskog raspona od 2 do 7 MHz ili više s minimalno 2500 tzv. „single crystal“ kristalnih elemenata		

60.	Sektorska sonda: Širokopojasna sektorska sonda raspona frekvencije od 1 MHz do 5 MHz opremljena tzv. „single crystal“ tehnologijom; minimalno 80 kristalnih elemenata, otvor polja skeniranja maksimalno 21 mm. Širina vidnog polja minimalno 90°.		
61.	Linearna sonda: Širokopojasna linearna sonda raspona frekvencije od 3 do 12 MHz; minimalno 160 kristalnih elemenata, otvor polja skeniranja maksimalno 40 mm. Podržava: 2D, upravljivi PW i kolor Doppler, Power Doppler i harmonično oslikavanje. Mogućnost korištenja u kontrastnim načinima rada.		
UKUPNA CIJENA PONUDE bez PDV-a (brojkama):			
IZNOS PDV-a (brojkama):			
UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om (brojkama):			